

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1258712
Descrizione RDO:	PON - Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20 FERS - Asse II- Obiettivo specifico - 10.8-Azione 10.8.1- Progetto "Action Lab"
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	2
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA - ISTITUTI COMPRENSIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO D. LENTINI 91002150760 Via Roma 102 LAURIA PZ
Punto Ordinante	MARIAPINA MIRAGLIA
Soggetto stipulante	Nome: MARIAPINA MIRAGLIA Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA - ISTITUTI COMPRENSIVI - ISTITUTO COMPRENSIVO D. LENTINI
Codice univoco ufficio - IPA	UFDW78
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	D.S. MIRAGLIA MARIAPINA
Data e ora inizio presentazione offerte:	23/06/2016 12:03
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	03/07/2016 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	29/06/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del	10/07/2016 12:00

Fornitore)	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	09/08/2016 10:00
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	5
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO N. 1
CIG	Z5F1A5FA33
CUP	B96J16000690007
Dati di consegna	Via roma 102Lauria - 85044 (PZ)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via roma 102Lauria - 85044 (PZ)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	2849,86

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Articoli come da Capitolato Tecnico Lotto 1
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del microscopio ottico da laboratorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	adattatore per macchina fotografica digitale per microscopio
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	Marca	Tecnico	Valore	Optika

			minimo ammesso	
5	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	W0202050303
6	Identificativo di registrazione BD/RDM	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
7	Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Valore minimo ammesso	2000
8	Struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Diritta
9	Regolazione in altezza	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	Controllo simultaneo messa a fuoco/tavolino	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Attuatori stativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Manuali ed elettrici
12	Tipo illuminatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Alogena
13	Illuminazione [W]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,07 (cordless)
14	Regolazione luminosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Adattamento automatico luminosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Portafiltri integrato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Numero filtri alloggiabili	Tecnico	Nessuna regola	
18	Numero ingrandimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
19	Range ingrandimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 0,75 a 5
20	Corredo ottico	Tecnico	Valore minimo	Chiaro

			ammesso	
21	Oculari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Indice a grande campo fino a 18 mm
22	Gruppo ottico ammortizzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
23	Attuatori gruppo ottico	Tecnico	Valore minimo ammesso	Manuali ed elettrici
24	Tavolino ceramizzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
25	Dimensioni tavolino traslatore [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	75x50 girevole 240° con manopola di comando XY
26	Angolo rotazione tavolino traslatore [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	180
27	Fermaoggetto	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
28	Dispositivo di messa a fuoco	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
29	Tubi di osservazione inclinabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
30	Comandi reversibili (sin/des)	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
31	Connessione foto/video	Tecnico	Valore minimo ammesso	Digitale
32	Connessione dati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bluetooth
33	Alimentazione elettrica	Tecnico	Valore minimo ammesso	220/230V 50/60HZ
34	Classe di isolamento elettrico	Tecnico	Valore minimo ammesso	Alimentazione interna
35	Compatibilità elettromagnetica (EN 60601 1-1-2)	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
36	Peso [Kg]	Tecnico	Valore	2,8

			minimo ammesso	
37	Revolver	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
38	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO N. 2
CIG	Z301A5FC3D
CUP	B96J16000690007
Dati di consegna	Via roma 102Lauria - 85044 (PZ)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via roma 102Lauria - 85044 (PZ)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	14354,66

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Articoli come da Capitolato Tecnico Lotto n. 2
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del microscopio ottico da laboratorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Microscopio biologico trinoculare per contasto di fase OPTIKA mod. B-383PH
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto

4	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	OPTIKA
5	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	W0202050303
6	Identificativo di registrazione BD/RDM	Tecnico	Valore minimo ammesso	ND
7	Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Valore minimo ammesso	2014
8	Struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Diritta
9	Regolazione in altezza	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
10	Controllo simultaneo messa a fuoco/tavolino	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Attuatori stativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Solo manuali
12	Tipo illuminatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LED
13	Illuminazione [W]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
14	Regolazione luminosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Adattamento automatico luminosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Portafiltri integrato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Numero filtri alloggiabili	Tecnico	Nessuna regola	
18	Numero ingrandimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
19	Range ingrandimenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	4-10-40-100
20	Corredo ottico	Tecnico	Valore	Campo

			minimo ammesso	chiaro, contrasto di fase, predisposto per tutte le metodiche
21	Oculari	Tecnico	Valore minimo ammesso	Indice a grande campo fino a 20 mm
22	Gruppo ottico ammortizzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
23	Attuatori gruppo ottico	Tecnico	Valore minimo ammesso	Solo manuali
24	Tavolino ceramizzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
25	Dimensioni tavolino traslatore [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	22x17
26	Angolo rotazione tavolino traslatore [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	180
27	Fermaoggetto	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
28	Dispositivo di messa a fuoco	Tecnico	Valore minimo ammesso	Macro e micrometrica coassiale
29	Tubi di osservazione inclinabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
30	Comandi reversibili (sin/des)	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
31	Connessione foto/video	Tecnico	Valore minimo ammesso	Digitale
32	Connessione dati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Via cavo
33	Alimentazione elettrica	Tecnico	Valore minimo ammesso	100V 240V
34	Classe di isolamento elettrico	Tecnico	Valore minimo ammesso	I B
35	Compatibilità	Tecnico	Valore	NO

	elettromagnetica (EN 60601 1-1-2)		minimo ammesso	
36	Peso [Kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
37	Revolver	Tecnico	Valore minimo ammesso	Quintuplo
38	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAPITOLATO TECNICO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
DISCIPLINARE GARA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	LOTTO N. 1	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO N. 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	LOTTO N. 2	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta	LOTTO	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

Economica (fac-simile di sistema)	N. 2	telematico con firma digitale		
---	------	-------------------------------------	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	M.A.D APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	02706260169	02706260169
2	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	02409740244
3	METEO SYSTEM SRL	03091631204	03091631204
4	ML SYSTEMS SRL	06190970829	06190970829
5	ZETALAB SRL	03523260283	03523260283